

Primers for the VT2 gene of enterohemorrhagic *E. coli* (EHEC)

Primer Set EVS-1, EVS-2

Code No. S007 包装量: 1,000 pmol each
浓度: 19 pmol/μl

附带试剂:

10X PCR Buffer 600 μl

检测基因:

肠出血性大肠杆菌 (EHEC) 的 Vero 毒素 2 型 (VT2, VT2vha, VT2vhb, VT2vp1; 志贺样毒素 II 型) 基因。
(产 Vero 毒素大肠杆菌: VTEC)

扩增产物大小:

404 bp

制品形态:

水溶液 (溶剂: 灭菌水)

保 存: -20°C

应用例:

1. PCR 反应液配制 (共 50 μl)。	
<i>TaKaRa Taq</i> TM *1 (5 U/μl)	0.25 μl
10X PCR Buffer*2	5 μl
dNTP Mixture*3 (2.5 mM each)	4 μl
Template*4	5 μl
Primer EVS-1	0.5 μl
Primer EVS-2	0.5 μl
灭菌水	34.75 μl
Total	50 μl

(反应液应在冰上配制。)

*1: 除了 *TaKaRa Taq* (Code No. R001A), 也可以使用 *TaKaRa Taq* Hot Start Version (Code No. R007A)。

*2: 本制品中提供。

*3: *TaKaRa Taq* (Code No. R001A) 中提供。

*4: 纯化后的 DNA 或热提取样品都可以作为模板。

热提取样品的制备:

在 L-broth 培养基中 37°C 过夜培养细菌。取 10 μl 培养液, 加入 90 μl 灭菌水, 混匀后, 95°C 加热 5 分钟。离心去除菌体残渣, 以上清液作为样品。

如果需要从少量样品中获得更高灵敏度的检测结果, 那么取 1 ml 培养液于 5,000 rpm 离心 5 分钟, 弃上清, 再用 100 μl 灭菌水充分悬浮细菌沉淀, 95°C 加热 5 分钟。离心去除菌体残渣, 以上清液作为样品。

2. PCR 反应条件

94°C 1 min	} 35 cycles
55°C 1 min	
72°C 1 min	
72°C 10 min	1 cycle

使用注意

本制品用于检测目的基因 DNA, 可检测活菌株和灭活菌株。

如果目的基因序列中存在突变、缺失或插入时, 使用本制品可能检测不到目的基因。可使用其他微生物学方法验证阳性样品。(本公司对使用试剂盒过程中形成的任何分析性结论不承担责任。)

参考文献:

- 1) Takao T, Tanabe T, Hong Y-M, Shimonishi Y, Kurazono H, Yutsudo T, Sasakawa C, Yoshikawa M, and Takeda Y. *Microb Pathog.* (1988) **5**: 357-369.
- 2) Jackson M P, Neil R J, O'Brien A D, Holmes R K, and Newland J W. *FEMS Microbio Lett.* (1987) **44**: 109-114.
- 3) Ito H, Terai A, Kurazono H, Takeda Y, and Nishibuchi M. *Microb Pathog.* (1990) **8**: 47-60.
- 4) Weinstein D L, Jackson M P, Samuel J E, Holmes R K, and O'Brien A D. *J. Bacteriol.* (1988) **170**: 4223-4230.

Manufactured by SHIMAZU CORPORATION.

TaKaRa Taq is a trademark of Takara Bio Inc.

注意

本产品仅供科学研究使用, 不能用于人、动物的医疗或诊断程序, 不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 Takara Bio Inc. 书面许可授权或批准, 不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品, 或者使用 Takara 产品所有的相关专利及相关商标。

如果您需要其他用途的许可授权, 请联系我们, 或访问我们网站 www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

本文件由宝日医生物技术 (北京) 有限公司翻译制作, 最新版文件请参考 Takara Bio Inc. 网站。为正确使用 Takara 产品, 您应当掌握本产品的相关知识和使用说明。

v201812Da